



**DIALOGUE
DIAGNOSTICS**

dialogue with every client

DIALOGUE DIAGNOSTICS LLC

32 Obolonsky Avenue, Kyiv, 04205, Ukraine. T/F: +380 44 390 37 76, info@dialogd.com
a/c 26005436596900 with UkrSibbank JSC, MFO 351005, USREOU 34839344

ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТИКС»

пр-т Оболонський, 32, м. Київ, 04205, Україна. Т/Ф: +380 44 390 37 76, info@dialogd.com
п/р 26005436596900 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 34839344

Вих. № 2407/06
12.06.2019

Тим, кого це стосується.

Інформуємо що нами було отримано наступний лист від виробника
«Рош Діабетес Кеа ГмбХ», стосовно інформації по Термінах придатності продукції Акку-Чек.

Генеральний директор



В.С. Ромасенко

Ми,
«Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм,
Німеччина

Тим, кого це стосується.

Термін придатності продукції Акку-Чек.

Повідомляємо, що до складу Системи для контролю рівня глюкози у крові Ассу-Chek® Performa, mmol/l (номер за каталогом 06987796227) входить глюкометр, пристрій для проколювання, 10 ланцетів до пристрою для проколювання, чохол, інструкція з використання та 10 тест-смужок Ассу-Chek® Performa. Звертаємо Вашу увагу на те, що упаковка тест-смужок визначає строк придатності вказаний на упаковці до системи. Даний строк придатності має відношення лише до тест-смужок та не має відношення до строку придатності глюкометра.

Мангайм

30 липня 2018

Рош Діабетес Кеа ГмбХ

Біргіт Гобель

Керівник відділу реєстрації OUS
відділу

Гуо-Хі-Янг

Головний менеджер регуляторного

Вик. Барішевський Р.
(067)3693883